

有限会社バクトマテリアル 御中

〒010-1106
秋田県秋田市太平山谷字中山谷150-4
Tel.018-838-3900 Fax.018-838-3901

株式会社食環境衛生研究所
〒379-2107
群馬県前橋市荒口町561-21
TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412
登録衛生検査所 第41号
計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: 11080804

受付日: 2011年8月8日

報告日: 2011年8月17日

検体名: バクト99(堆肥)

採取日: 2011年6月25日

測定日: 2011年8月15日

備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

| 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 暫定規制値 | 検出限界* | 検査方法 |
|-----------------------------|------|-------|-------|------------------|---|
| ^{134}Cs (セシウム134) | 検出せず | Bq/kg | - | 20未満 | 計測器・検出器: Ludlum社製 Model2200 シングルチャ ンネルアナライザー及び Model44-11 NaIシンチレーション検出器 |
| ^{137}Cs (セシウム137) | 検出せず | Bq/kg | | (134と137の 合計) | |
| | | | | | 測定方法: 緊急時における食品の放射能 測定マニュアルを参考とした |

*測定できる下限値の範囲

検査担当者: 岩崎 検査責任者: 松本